

**UCHWAŁA NR 1970/2008**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 13 listopada 2008 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), § 2 ust. 1 uchwały nr XXIV/353/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i Wielkopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zakup przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu:
  - sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego o wartości ok. 275.000,00 zł,
  - respiratora transportowego – 2 szt. o wartości jednostkowej ok. 35.000,00 zł,
2. Sprzęt medyczny wymieniony w ust. 1 winien spełniać wymagania określone w § 2 ust. 2 uchwały XXIV/353/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie: określenia zasad nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i Wielkopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu oraz Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek

Uzasadnienie do uchwały nr 1970/2008  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 13 listopada 2008 roku

Zgodnie z przytoczonymi w treści uchwały przepisami do kompetencji Zarządu Województwa Wielkopolskiego należy wyrażanie zgody na zakup sprzętu medycznego.


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na zakup sprzętu medycznego załączając pozytywną opinię Rady Społecznej zawartą w uchwałach nr 43 i 45 z dnia 29 października 2008 roku.

„*Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy*” doposaży Centralną Sterylizatornię Szpitala. Ze względu na stosowany nietoksyczny nadtlenek wodoru będzie spełniał obecne wymogi sanitarno – epidemiologiczne i wymagania dotyczące ochrony środowiska.

„*Respirator*” – sprzęt medyczny umożliwiający sztuczne, wymuszone oddychanie tlenem, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej doposaży Szpitalny Oddział Ratunkowy. Respiratory transportowe służą wspomaganiu oddechu podczas przewozu pacjenta.

Zakup wyżej wymienionego sprzętu nastąpi ze środków przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Krystyna Poślednia

UCHWAŁA NR 43  
RADY SPOŁECZNEJ  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU  
z dnia 29 października 2008r.

w sprawie: opinii dotyczącej celowości i konieczności doposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu w sprzęt medyczny w postaci Sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego dla Centralnej Sterylizatorni w drodze zakupu o wartości powyżej 15 tys. PLN.

Na podstawie art. 46 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r, Nr 14, poz.89, z późn. zm) oraz § 2 ust.2.pkt 2 uchwały nr XXIV/353/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie określania zasad nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i § 6 ust.1 lit. c Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu, Rada Społeczna uchwala co następuje:

§ 1


Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu pozytywnie opiniuje zakup sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego przez Wojewódzki Szpital Zespołony im. L. Perzyny w Kaliszu dla Centralnej Sterylizatorni o wartości ok. 275 000 zł, uznając za celowe i konieczne doposażenie szpitala w powyższy sprzęt.


§ 2

Rada Społeczna powierza Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu wykonanie uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Społecznej  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
w Kaliszu

  
Przewodniczący  
Rady Społecznej  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
w Kaliszu

Uzasadnienie do uchwały nr 49

Rady Społecznej

Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im L. Perzyny w Kaliszu.

z dnia 29 października 2008 r.

Sterylizacja niskotemperaturowa umożliwia sterylizację materiałów i wyrobów medycznych wrażliwych na wysoką temperaturę i wilgoć. Głównymi metodami sterylizacji niskotemperaturowej są: sterylizacja tlenkiem etylenu, sterylizacja nadtlenkiem wodoru – plazmowa i sterylizacja formaldehydem.

Centralna Sterylizatornia naszego szpitala posiada sterylizatory na tlenek etylenu. Są to 20 letnie bardzo wyeksploatowane urządzenia, ulegające częstym awariom. Nie spełniają aktualnych wymogów sanitarno – epidemiologicznych, jak również brak urządzenia do spalania tlenku etylenu wymaganego w Programie Dostosowawczym dla Centralnej Sterylizatorni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

Ze względu na to, że tlenek etylenu jest substancją trującą, jego stosowanie wymaga stosowania zachowania specjalnych wymagań, takich jak specjalne, wydzielone pomieszczenie, doskonale działająca, indywidualna wentylacja, spalarka tlenku etylenu, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnych stężeń tlenku etylenu. Cykl sterylizacji jest tu bardzo długi i dochodzi do 5 godzin. Dlatego podjęto decyzję o zakupie sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego, który może być zainstalowany w dowolnym miejscu, stosowany nadtlenek wodoru jest nietoksyczny, a więc przyjazny dla środowiska, nie wymaga specjalnych instalacji, a cykl sterylizacji trwa ok. 40 minut.

Zakupiony sterylizator niskotemperaturowy plazmowy będzie spełniał obecne wymogi sanitarno – epidemiologiczne i wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Urządzenie wartości ok. 275 000 zł zostanie zakupione ze środków przekazanych szpitalowi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, będzie fabrycznie nowe i będzie posiadać niezbędne atesty i certyfikaty.

Z-ca DYREKTORA  
k. Eksploatacyjno-Technicznych  
mgr inż. Andrzej Karbowiczek

UCHWAŁA NR 45  
RADY SPOŁECZNEJ  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU  
z dnia 29 października 2008r.

w sprawie: opinii dotyczącej celowości i konieczności doposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu w sprzęt medyczny w postaci 2 szt Respiratorów transportowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w drodze zakupu o wartości powyżej 15 tys. PLN

Na podstawie art. 46 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r, Nr 14, poz.89, z późn. zm) oraz § 2 ust.2.pkt 2 uchwały nr XXIV/353/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie określania zasad nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i § 6 ust.1 lit. c Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu, Rada Społeczna uchwała co następuje:

§ 1


Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu pozytywnie opiniuje zakup respiratorów transportowych 2 szt. przez Wojewódzki Szpital Zespołony im. L. Perzyny w Kaliszu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości ok. 35 000 zł. za każdy, uznając za celowe i konieczne doposażenie szpitala w powyższy sprzęt.

§ 2

Rada Społeczna powierza Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu wykonanie uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Społecznej  
Szpitala w Kaliszu



Uzasadnienie do uchwały nr 45

Rady Społecznej

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im L. Perzyny w Kaliszu.

z dnia 29 października 2008 r.

Respirator — medyczne urządzenie reanimacyjne, umożliwiające sztuczne, wymuszone oddychanie tlenem, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej (w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen). Do wspomagania oddechu podczas przewozu pacjenta służą respiratory transportowe. Sprzęt taki jest wymaganym wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego określonym w Programie Dostosowawczym dla SOR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. W chwili obecnej brakuje 2 takich urządzeń. Urządzenia wartości ok. 35 000 zł za sztukę (razem ok. 70 000 zł) zostaną zakupione ze środków przekazanych szpitalowi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, będą fabrycznie nowe i będą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty.

Z-ca DYREKTORA  
Exploatacyjno-Technicznych  
z. Andrzej Karbowniczek